多言語対応

MULTILINGUAL SYSTEM

公募型「ロボット実証実験支援事業」採択（2015年）
「介護ロボット等モニター調査事業」採択（2016年）
「かわさき基準（KIS）認証福祉製品」認証（2016年）
RECAREアワード2018 ヘルステック部門　銅賞

福祉用具情報システムTAISコード
TAIS:01681 - 000005

TANO

測定ガイド

姿勢測定　「ケアピっと」

センサーの前に立つだけで体のゆがみやバランスを測定する事ができます

開始用ＱＲコード

画面イメージ

画面は計測結果、及びリアルタイム計測画面です

位　　置

指示に従い立ちます

(1.6～2.0m)

自動的に測定されます

設　　定

計測後に自動で戻る場合はその秒数を指定します。自動で測定に基づいたゲームを実施する場合、秒数を指定します。

測定方法

通常時はカウントダウンモードを利用し
自分の姿が見えない状態で測定します

顕著に歪みがある場合、そのままリアルタイムモードにして補正を意識させます。その後、再度カウントダウンモードで確認をします

ワンポイント

※計測後はキーボードのカーソルキーの上下で過去の履歴を見る事が出来ます。左右を押すと最新となります

※計測後はマウスの右ボタンで戻る事ができます。

※リアルタイムモードとカウントダウンモードはマウスホイールを押す事で切り替える事ができます。

※計測後、片手を数秒挙げ続ける事でカウントダウンモードに戻ります。

※設定により計測後特定の時間が経過すると自動で結果に応じたゲームコンテンツが実施されます。

※座位計測の際は設定より腰以下の表示を OFF にしてください。

ＱＲコード

歩行速度を調べる「歩数計測」

歩幅や歩数の速度を測定します

開始用ＱＲコード



画面イメージ

センサー1.5m の距離まで歩き終えると終了です

位　　置

センサーから 4.5m 離れてください。

設　　定



CAMERA を ON にすると実写が合成表示されます。

PRINT を ON にすると、計測後自動でラベル印刷されます。

測定方法

①センサーから 4.5m 離れた場所に立ちます。

②センサーに向かってあるくと 4.0m の地点でスタートの音声が流れます。

③センサーから 1.5m の位置にくると「そこまで」と音声が再生され計測終了となります。

※計測は 2 回行われた後に良い方の数値が画面に表示されます。

ワンポイント

※実施する前に予め目安となる線(センサーから 1.5m と 4m 位置)を引くとわかりやすくなります。

※標準プリンターが接続されている場合印刷ボタンを押すと画面を印刷する事ができます。

※保存ボタンを押すと現在の画面を保存する事ができます。

※体験者のデータが取得できなかった場合は RESULT ボタンを押して結果を直接記載して下さい。

ＱＲコード

設定画面

カメラ

ファンクショナルリーチテスト「FRT」

立位で前方へリーチできる最大距離を測定することで、転倒リスクやバランス能力を評価します

開始用ＱＲコード

画面イメージ

位　　置

センサーから 2m の距離に
立ってください。

設　　定



練習回数を変更する事が出来ます。

測定方法

指示に従い、手をグーにしたまま腕を上げます。

指示に従い、手をグーにしたまま伸ばします。
(距離を取得しやすくするためグーにして下さい)

ワンポイント

※利用者の転倒に気を付けて下さい。

※測定できなかった時は、RESULT ボタンにて直接登録が出来ます。

※設定を調整する事で練習の回数を変更する事ができます。

※センサーに近い位置をミリ単位で取得しています。

※伸ばした手よりセンサー近くに他の介助者が入ると、その介助者の距離を取ってしまうのでご注意下さい。

ＱＲコード

設定画面

カメラ

Time Up to Go Test「TUG」

人の移動性を評価するために使用されるテストです

開始用ＱＲコード

画面イメージ

位　　置

4.3m 離れた位置に椅子を置きます。センサーから 1.3m の位置にコーンを置きます。

設　　定

VOICE を ON にすると、「START」の声で始まり、マニュアルモードとなります。

測定方法

席を立つとカウントアップが始まります。
ゆっくりとコーンの周りをまわり、元の椅子に座ります。

ワンポイント

※介助者が利用者とセンサーの間に入ると誤動作をする場合があります。

※マニュアルモードは音声で開始と終了が出来るようになります。

(自動では計測しませんのでスタート・ストップと発声して時間計測します)

ＱＲコード

設定画面

カメラ

30 秒椅子立ち上がりテスト「ＣＳ３０」

開始用ＱＲコード

画面イメージ

バランスをとりながら、立ち座りを３０秒間繰り返します。

位　　置

センサーからの距離は 2m が目安です。

設　　定

カットオフ表示を切り替える事ができます。PRINT を ON にすると計測後ラベルプリンターに印刷されます。

片足立ちバランステスト

開始用ＱＲコード

画面イメージ



カウントダウンのスタートにあわせ片方の足を上げます

位　　置

センサーからの距離は 2m が目安です。

設　　定

印刷スロットはラベルプリンターで出力時に確率に応じた抽選番号等が印刷されます。

ＱＲコード

設定画面

カメラ

小さい順にタッチ「反射神経」

開始用ＱＲコード

画面イメージ

画面内の小さい数から順番に全てタッチして消します

位　　置

センサーからの距離は 2m が目安です。

設　　定

パターンの「？」以外は毎回固定位置となります

Ｎ回前の数字をタッチ「Ｄｕａｌ Ｎ Ｂａｃｋ」

開始用ＱＲコード

画面イメージ

位　　置

センサーからの距離は 2m が目安です。

設　　定

難易度により数値のブロック数が多くなります。

ＱＲコード

設定画面

ゲームの難しさ

カメラ

2020.7　発行(計測ガイド)