



2015003536Z



C2015确认证书(591)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0219

检验报告

Test Report



TWT08-0210-2018

样品名称:
Name of Sample: 体态评估康复训练系统

委托单位:
Client: 天津市慈济康复器材厂

检验类别:
Test Category: 委托检验

 国家运动健身产品质量监督检验中心(天津)
National Sport&Fitness Products Quality Supervision and Inspection Center (TianJin)



国家运动健身产品质量监督检验中心 (天津)

National Sport&Fitness Products Quality Supervision and Inspection Center(TianJin)

检验报告

Test Report

报告编号(No): TQT08-0210-2018

共 2 页 第 1 页

样品名称 Sample name	体态评估康复训练系统		
规格型号 Type&Specification	CJ-TTPG-01	商标 Brand	慈济
委托单位 Client	天津市慈济康复器材厂		
委托单位地址 Client Address	东丽区新立街翟庄村东		
生产单位 Manufacturer	天津市慈济康复器材厂		
检验类别 Test category	委托检验	样品等级 Sample Grade	合格品
样品数量 Sample Quantity	1套	送样日期 Sample Received Date	2018-02-01
样品描述和状态 Sample Description	喷涂:完好	送样者 Sample delivered by	王金钊
样品编/批号 Batch No	_____	生产日期/或限期使用日期 Production Date/or deadline	2018.01
检验依据 Test Standard	康复训练器械 安全通用要求	标准代号 Standard Code	GB24436-2009
检验日期 Inspection date	从2018-02-05到2018-02-06		
检验项目 Test Item	表面要求与结构尺寸、环境试验。		
检验结论 Test Conclusion	该送检样品按GB24436-2009标准检验, 依据企业技术要求判定为合格		
备注 Note	检测地点: 天津市空港经济区西十道106号。样品信息由委托方提供。检验依据由委托方指定。		
主检: Tested by:	职务: position	审核: Reviewed by:	批准: Approved by:
	签名: signature 李再武	签名: signature 吴琼	签名: signature 王金钊
	日期: date 2018-02-06	日期: date 2018-02-06	日期: date 2018-02-06



国家运动健身产品质量监督检验中心（天津）
National Sport & Fitness Products Quality Supervision and Inspection Center (TianJin)
检验报告

Test Report

No: TQT08-0210-2018

共 2 页 第 2 页

检验项目	单位	标准要求（技术要求）	实测结果	单项判定
表面要求与结构尺寸	-----	使用者可接触及表面均不应有外露的锐边、突起和毛刺，表面应光滑平整，无裂纹等缺陷。	符合	合格
	mm	电视机支架：高度为 1600±10mm。	1605mm	合格
	-----	训练桌椅：座椅高度应可调节，桌面应有标记以确定上肢放置位置，使用距离为 250±10mm。	252mm 符合	合格
	mm	整体设备尺寸：长度：1100±10mm；宽度：600±10mm；高度：1500±10mm。	长：1104mm 宽：602mm 高：1605mm	合格
环境试验	-----	低温储存试验：将训练系统放入-20℃的低温试验箱中 8h，然后将系统取出，待系统表面温度恢复到室温后，系统应能正常开机使用。	符合	合格
	-----	高温储存试验：将训练系统放入+60℃的高温试验箱中 8h，然后将系统取出，待系统表面温度恢复到室温后，系统应能正常开机使用。	符合	合格

以下空白



1507
(1)